



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
ВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

**(ВМТУ Росстандарта)**

**ИНСПЕКЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

---

ВМТУ Росстандарта: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, оф.  
408, Тел. (4212) 237-733, dmtu@mail.redcom.ru  
670013, Республика Бурятия, г. Улан – Удэ, ул. Ключевская, д. 72Б, каб. 208, тел/факс (3012) 41-  
63-94, 41-10-18

---

адрес Инспекции ВМТУ Росстандарта, телефон, факс

Заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан – Удэ комбинированного вида

Анцуповой Анне Дмитриевне

Адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан – Удэ, ул. Солнечная, дом № 15 «А».

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ М - 02

25 января 2022г.

(дата составления)

Г. Улан – Удэ, ул. Ключевская, 72 Б, каб. 208

(место составления)

в присутствии:

---

(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70  
«Солнышко» г. Улан – Удэ комбинированного вида, ИНН 0323099090, ОГРН  
1020300904623

---

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального  
предпринимателя)

1. Сведения о результатах планового инспекционного визита соблюдения

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад  
№ 70 «Солнышко» г. Улан – Удэ комбинированного вида, ИНН 0323099090, ОГРН

---

обязательных требований (констатация фактов соблюдения обязательных требований по вопросам программы проверки), в том числе о выявленных и устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений:

При осуществлении планового инспекционного визита в рамках федерального государственного метрологического надзора за соблюдением обязательных требований в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений, при осуществлении деятельности в области здравоохранения, при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов; при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров, установлено применение 47 ед. средств измерений, не прошедших в установленном порядке поверку, неутвержденного типа.

Применение средств измерений не прошедших в установленном порядке поверку, а именно:

1) Весы электронные товарные ВЭТ-60-1С, зав. № 9356, дата поверки: 22.01.2019г., МПИ – 1 год - 1 ед. (место нахождения: корпус № 1, пищеблок);

2) Весы электронные тензометрические для статического взвешивания МТ, мод. МТ 6 В1ДА «Ф-Стандарт», зав. № 670292, дата поверки: 06.08.2018г., МПИ – 1 год - 1 ед. (место нахождения: корпус № 1, пищеблок);

3) Весы электронные общего назначения ТВ-S-60.2-А3, зав. № 58106, дата поверки: 22.01.2019г., МПИ – 1 год - 1 ед. (место нахождения: корпус № 1, пищеблок);

4) Гигрометр психрометрический ВИТ-2, зав. № 196579, дата поверки: 12 мес. 2019г., МПИ – 2 года - 1 ед. (место нахождения: корпус № 1, пищеблок);

5) Гигрометр психрометрический ВИТ-1, зав. № 97837, дата поверки: 20.12.2019г., МПИ – 2 года - 1 ед. (место нахождения: корпус № 1, пищеблок);

6) Ростомер медицинский РМ-1 «Диакомс», зав. № 95693, дата поверки: 14.10.2020г., МПИ – 1 год - 1 ед. (место нахождения: корпус № 1, медицинский кабинет);

7) Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100Д, зав. № 1666, дата поверки: 14.10.2020г., МПИ – 1 год - 1 ед. (место нахождения: корпус № 1, медицинский кабинет);

8) Гигрометр психрометрический ВИТ-2, зав. № 196568, дата поверки: 12 мес. 2019г., МПИ – 2 года - 1 ед. (место нахождения: корпус № 1, медицинский кабинет);

9) Термометр сопротивления из платины технический ТПТ-1-3, зав. № 2752, дата поверки: 12.06.2017г., МПИ – 4 года - 1 ед. (место нахождения: корпус № 1, элеваторный узел);

10) Теплосчетчик-регистратор «МАГИКА Е2321-4», зав. № М1309143, дата поверки: 29.06.2017г., МПИ – 4 года - 1 ед. (место нахождения: корпус № 1, элеваторный узел);

11) Теплосчетчик-регистратор МАГИКА (регистратор расхода), мод. РИ1000-4, зав. № М1309098, дата поверки: 29.06.2017г., МПИ – 4 года - 1 ед. (место нахождения: корпус № 1, элеваторный узел);

12) Преобразователи ПП-40, зав. №№ 246, 292, дата поверки: 29.06.2017г., МПИ – 4 года - 2 ед. (место нахождения: корпус № 1, элеваторный узел);

13) Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных КТПТР-01, зав. № 9844, 9844А, дата поверки: 12.06.2017г., МПИ – 4 года - 1 ед. (место нахождения: корпус № 1, элеваторный узел);

14) Термометры технические жидкостные ТТЖ-М исп. 1, зав. № 30731, 25752, 36334, 37584, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 3 года - 4 ед. (место нахождения: корпус № 1, элеваторный узел);

- 15) Термометр медицинский инфракрасный SENSITEC NF-3101, зав. № 12035518, дата поверки: 26.02.2018г., МПИ – 2 года - 1 ед. (место нахождения: корпус № 3, медицинский кабинет);
- 16) Ростомер медицинский РМ-1 «Диакомс», зав. № 95694, дата поверки: 10.04.2018г., МПИ – 1 год - 1 ед. (место нахождения: корпус № 3, медицинский кабинет);
- 17) Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100Д, зав. № 2330, дата поверки: 07.09.2017г., МПИ – 1 год - 1 ед. (место нахождения: корпус № 3, медицинский кабинет);
- 18) Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический и полуавтоматический OMRON S1 (HEM-4030-RU), зав. № 20111112302LF, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 2 года - 1 ед. (место нахождения: корпус № 3, медицинский кабинет);
- 19) Гигрометр психрометрический ВИТ-1, зав. № я7439, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 2 года - 1 ед. (место нахождения: корпус № 3, медицинский кабинет);
- 20) Спирометр сухой портативный ССП, зав. № 11131, дата поверки: нет информации о поверке – 1 ед. (место нахождения: корпус № 3, медицинский кабинет);
- 21) Динамометр кистевой ДК-25, зав. № 1795, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 2 года – 1 ед. (место нахождения: корпус № 3, медицинский кабинет);
- 22) Весы электронные ТВ-S-200.2-A2, зав. № 02235, дата поверки: 22.01.2019г., МПИ – 1 год – 1 ед. (место нахождения: корпус № 3, пищеблок);
- 23) Весы электронные настольные МК-15.2-A22, ФБУ «Бурятский ЦСМ» выдано извещение о непригодности к применению № 182/9 от 07.09.2017г., причина непригодности: погрешность весов превышает допустимые значения (находились в применении в пищеблоке, корпус № 3);
- 24) Гигрометр психрометрический ВИТ-1, зав. № г9733, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 2 года - 1 ед. (место нахождения: корпус № 3, пищеблок);
- 25) Термометры технические жидкостные ТТЖ-М исп. 1, зав. №№ 41685, б/н, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 3 года - 2 ед. (место нахождения: корпус № 3, элеваторный узел);
- 26) Ростомер медицинский РМ-1 «Диакомс», зав. № 91846, дата поверки: 14.10.2020г., МПИ – 1 год - 1 ед. (место нахождения: корпус № 2, медицинский кабинет);
- 27) Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100Д, зав. № 03388, дата поверки: 14.10.2020г., МПИ – 1 год - 1 ед. (место нахождения: корпус № 2, медицинский кабинет);
- 28) Весы рычажные настольные циферблатные РН-10Ц13У (контрольные весы), зав. № 82503, дата поверки: нет информации о поверке, МПИ – 1 год – 1 ед. (место нахождения: корпус № 2, пищеблок);
- 29) Весы электронные тензометрические для статического взвешивания МТ-15 МДА «Базар», зав. № 740274, дата поверки: 04.06.2019г., МПИ – 1 год – 1 ед. (место нахождения: корпус № 2, пищеблок);
- 30) Весы электронные тензометрические для статического взвешивания МТ-15 МДА «Базар», зав. № 749558, дата поверки: 20.08.2019г., МПИ – 1 год – 1 ед. (место нахождения: корпус № 2, склад);
- 31) Теплосчетчик КМ-5, зав. № 424060, дата поверки: 23.08.2017г., МПИ – 4 года - 1 ед. (место нахождения: корпус № 2, элеваторный узел).
- Всего: 36 СИ.

Для измерения температуры человека, в качестве средства измерения применялись термометры инфракрасные бесконтактные, **неутвержденного типа**, а именно:  
- мод. КУ-111, зав. № б/н (инв. № 101.34.00081), место нахождения: корпус № 1,

группы № 4, 1;

- мод. ДТ-8836, зав. № б/н (инв. № 101.34.00047), место нахождения: корпус № 1, группы № 9, 10; зав. № б/н (инв. № 101.34.00046), место нахождения: корпус № 1, группа № 6; зав. № б/н, место нахождения: корпус № 3, группа № 26;

- мод. НУ-216, зав. № б/н, место нахождения: корпус № 3, группы № 25, 24, 19; корпус № 2, группы № 13, 18.

Всего: 11 ед.

что является нарушением требований части 1 статьи 9 и части 1 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Лицо, на которое возлагается ответственность за совершение нарушений: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан – Удэ комбинированного вида,

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Описание нарушения со ссылкой на положение нормативно-правового акта, требование которого нарушены (не соблюдены)	Меры по устранению нарушения	Срок устранения нарушения
1.	нарушены требования части 1 статьи 9, части 1 статьи 13 Федерального закона 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».	На основании части 4 статьи 17 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» указанные нарушения <b>ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ.</b>	<b>до 11 марта 2022г.</b>

Обязываю в письменном виде известить об устранении нарушений, изложенных в настоящем предписании, с обязательным представлением подтверждающих документов, либо о невозможности его исполнения с указанием конкретных причин в срок не позднее **11 марта 2022г.** по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Ключевская, д. 72Б, каб. 208.

Разъясняю, что невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечёт привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), а неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), выразившееся в непредставлении или несвоевременном (неполном) представлении сведений о выполнении предписания и (или) подтверждающих его выполнение документов либо невозможности его исполнения полностью или в части, влечёт привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ.

Подписи должностного лица, проводившего проверку:

Старший государственный инспектор

О.В. Онохова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464108

Владелец Анцупова Анна Дмитриевна

Действителен с 24.10.2023 по 23.10.2024